

## AED 仕様書

### 1 総 則

この仕様書は、呉市立呉高等学校が購入する AED について定めるものである。

### 2 品名, 数量

| 品名    | 備 考 | 数 量 |
|-------|-----|-----|
| A E D | 同等品 | 1 台 |

### 3 参考品

日本光電工業株式会社 AED-3200

### 4 仕 様

- (1) AED の付属品及び装備は、キャリングバッグ、バッテリーパック、使い捨て除細動パッド 2 枚とする。
- (2) オートショック AED であること
- (3) AED 本体の蓋を開けることで、AED の電源が自動起動すること
- (4) AED の操作環境が $-5^{\circ}\text{C}$ から $50^{\circ}\text{C}$ まで可能なこと
- (5) AED は遠隔監視があり、不具合時メールで機器担当者に報告できること
- (6) 呉市消防局に導入されている AED-3151 と使い捨て AED のパッドとの互換性があること
- (7) AED の本体が国産であること

### 5 納入等

- (1) 納入期限 令和 8 年 7 月 3 1 日 (金)
- (2) 納入場所 呉市立呉高等学校

### 6 問合せ先

呉市立呉高等学校  
TEL (0823) 72-5577 担当 角田 (すみだ)