

# 超音波洗浄器仕様書

この仕様書は、呉市上下水道局技術部下水施設課水質管理グループ（以下「水質管理グループ」という。）が発注する、超音波洗浄器の仕様について定める。

1 品名  
超音波洗浄器

2 数量  
1 式

3 概要  
超音波の振動を利用し、検査器具を洗浄する装置。  
なお、発注時点で生産終了を発表していない機種とする。

4 仕様  
下記仕様及び構成をもつ新品の本体及び付属品とする。

## (1) 本体仕様

ア 出力

900W

イ 外寸法（幅×奥行き×高さ）

550×470×495mm

ウ 内寸法（幅×奥行き×高さ）

500×420×300mm

エ 槽容量

約 63 L

オ 電源

AC100V（50/60Hz）

カ タイマー

1～60 分（1 分単位）

キ 排水

手動排水バルブ式（口径 R c 3/4）

ク その他

アルカリ性洗剤が使用できる耐性を持つこと

(2) 付属品

洗浄カゴ

延長コード 3m

(3) 参考機種

メーカー：アズワン株式会社

型式：MUC-63 1-1605-02

上記機種あるいは同等品

なお、参考機種以外で見積書を提出しようとする場合は、事前にカタログ等を水質管理グループ（電話：25-3422）に提示し、承認を得ること。

5 納入期限

令和8年8月28日（金）

6 納入場所

呉市光町4番1号

呉市上下水道局 新宮浄化センター 水質試験室

7 設置

設置場所は、中央検査室とする。

納入業者は設置に必要な機器を持参した上、設置後、水質管理グループ職員の立会いのもと、動作確認をすること。確認が終了した時点で設置完了とする。

8 保証期間

保証期間は、納入の日から1年間とすること。その間納入業者は、当局の故意又は過失によらない故障の場合、無料で修理等を行うこと。

9 その他

疑義がある場合は、水質管理グループと協議すること。